



## EG-Konformitätserklärung

### Hersteller:

#### compliant concept AG

Jurastrasse 58 • 5430 Wettingen • Switzerland

SRN: CH-MF-000018990

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

Handelsname	Version	Modell	Artikel-Nr.	Basic UDI-DI
<b>Mobility Monitor</b>	Version 2	022	A-000070	PP 12312 MON01 17
<b>Mobility Monitor BedEx</b>	Version 1	025	A-000073	PP 12312 BEX01 25
<b>Mobility Monitor Wireless</b>	Version 3	031	A-000071	PP 12312 MON01 17
<b>Mobility &amp; Care Manager</b>	Version ≥1.3.2.2	---	SW-000006	PP 12312 MON01 17

Produktklassifikation: I Medizinprodukt Klassifizierungsregel(n) 1 & 13  
Sterilität: unsteril  
Messfunktion: nein  
Konformitätsbewertungsverfahren: Annex IX


auf die sich diese Erklärung bezieht, konform sind mit den Anforderungen der folgenden Bestimmung

- **Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 und MepV**

Ausserdem entsprechen die Produkte den folgenden Normen und Empfehlungen


- EN 60601-1
- EN 60601-1-2
- EN 62353 VDE 0751-1
- EN ISO 15223-1
- IEC 62304

### Europäische Vertreterin:

	BEO MedConsulting Berlin GmbH Helmholtzstraße 2-9 D-10587 Berlin
---	--

SRN: DE-AR-000006764

compliant concept AG, Wettingen, 28.04.2023



Stéphane Kaus  
Head of Research and Development



Orazio Castelletto  
Tech Product Manager